

PHILIPS

AVENT



Elektromos mellszívó

Kétdarabos

Csak vezetékes használat



SCF397

Babák ihlette hatékonyság – az anyukáknak tervezve

Természetes mozgást lehetővé tevő technológia a tej gyorsabb áramlásáért*

Lépjen be a fejés új korszakába, amelyben a szívóerő és a mellbimbó-stimuláció tökéletes egyensúlyban van, olyan természetesen, ahogyan azt a babák szopástechnikájánál megfigyelhettük. A Philips Avent elektromos mellszívó optimális tejáramlást biztosít, és gyengéden alkalmazkodik az Ön mellbimbójának méretéhez és alakjához.

Személyre szabott és egyszerűen használható

- Memória funkció
- 8 stimulációs és 16 fejési üzemmód
- Szüneteltesse a működését, amikor csak szeretné
- Csendes motor a diszkrét használatához bárhol
- Kevés alkatrész és könnyű tisztítás

Kíméletes és kényelmes

- Egy méretű, puha és adaptív szilikonpárna

Gyorsabb fejés, több tej rövidebb idő alatt*

- Természetes mozgást lehetővé tevő technológia a tej gyors áramlásáért*

Műszaki adatok

Energiaellátás

Hálózati feszültség: 100V - 240 V

Anyag

Mellszívó: BPA-mentes***** (csak az étellel érintkező részek)

A következőt tartalmazza:

Eldobható melltartóbetét: 2 db

120 ml-es üveg 0m+ méretű etetőcumival: 2 db

Mellszívó készlet: 2 db

Motoregység (kizárólag vezetékes használat):

1 db

Tejzáró: 2 db

Micro-USB adapter (vezetékes használat): 1 db

Tejgyűjtő zacskók: 5 db

Funkciók

Puha, adaptív párna: Lágymű stimuláció



* Tejáramlás-beinduláshoz szükséges idő (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) egy 20 fő részvételével zajló klinikai teszt eredményei alapján (Hollandia, 2019) más, régebbi típusú Philips mellszívó technikáknak egy 9 fő részvételével zajló megvalósíthatósági tanulmány eredményeként kapott MER-időéhez viszonyítva (Hollandia, 2018).

* *Az 1K-SE esetén: A résztvevők 70%-a 60 másodpercen belül tapasztalta a tejleadó reflex beindulását. Tejáramlás-beinduláshoz szükséges idő (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) egy 20 fő részvételével zajló teszt eredményei alapján (Hollandia, 2019) más, régebbi típusú Philips mellszívó technikáknak egy 9 fő részvételével zajló megvalósíthatósági tanulmány eredményeként kapott MER-időéhez viszonyítva (Hollandia, 2018).

* **A termék 20 résztvevővel végzett klinikai tesztjének eredményei alapján (Hollandia, 2019), átlagos értékelés szimpla és dupla elektromos mellszívó esetén; a résztvevők 95%-a egyetértett azzal, hogy a mellszívóink hatékonyak (szimpla elektromos); a résztvevők 100%-a egyetértett azzal, hogy a mellszívóink hatékonyak (dupla elektromos).

* ***Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019. április 26. (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május (20 résztvevő (kaukázusi), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005. (28 résztvevő, Ausztrália) (Hollandia, 2019).

* ****Csak az üvegre és más anyatejrel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének.