

PHILIPS



Θήλαστρο

Single Electric (Corded Use)

Θήλαστρο νοσοκομειακής ισχύος
Άνετο μαξιλαράκι σιλικόνης
Τεχνολογία φυσικής κίνησης
(Natural Motion)
8 + 16 ρυθμίσεις



SCF395/01

Η πλήρης μονή αντλία

Είναι γρήγορο και άνετο, ενώ οι μαμάδες το λατρεύουν

Γνωρίστε μια νέα εποχή στη διαδικασία άντλησης του μητρικού γάλακτος με ένα θήλαστρο που εξασφαλίζει την τέλεια ισορροπία αναρρόφησης και διέγερσης της θηλής, εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο πίνουν γάλα τα μωρά. Το ηλεκτρικό θήλαστρο της Philips Avent διατηρεί τη ροή γάλακτος στο βέλτιστο επίπεδο και προσαρμόζεται απαλά στο μέγεθος και το σχήμα της θηλής σας

Εξατομικευμένο και εύχρηστο

- Ξεκινήστε με τις ρυθμίσεις της τελευταίας σας χρήσης
- 8 λειτουργίες διέγερσης, 16 λειτουργίες άντλησης
- Το αθόρυβο μοτέρ προσφέρει απόλυτη χαλάρωση σε κάθε χρήση
- Κάντε παύση όταν θέλετε
- Καθαρίστε και συναρμολογήστε εύκολα με λιγότερα εξαρτήματα
- Αντλήστε γάλα σε αναπαυτική θέση

Απαλό και άνετο

- Το μαλακό μαξιλαράκι σιλικόνης προσφέρει άνεση για κάθε σώμα

Γρήγορη άντληση, περισσότερο γάλα σε λιγότερο χρόνο*

- Η τεχνολογία φυσικής κίνησης (Natural Motion) κάνει το γάλα να κινείται γρήγορα*

Προδιαγραφές

Ρεύμα

Κύρια τάση: 100 - 240 volt

Υλικό κατασκευής

Θήλαστρο: Χωρίς BPA*****

Τι περιλαμβάνεται

Κιτ άντλησης γάλακτος: 1 τεμάχιο

Μονάδα μοτέρ (μόνο για χρήση με καλώδιο): 1 τεμάχιο

Μετασχηματιστής micro USB (για χρήση με καλώδιο): 1 τεμάχιο

Λειτουργίες

Μαλακό και προσαρμόσιμο μαξιλαράκι: Απαλή διέγερση



* Αποτελέσματα με βάση τον χρόνο έναρξης της ροής γάλακτος (χρόνος έως την ενεργοποίηση του αντανάκλαστικού καθόδου - MER) από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019) σε σύγκριση με τα αποτελέσματα MER με τη χρήση προηγούμενης τεχνολογίας άντλησης της Philips από σχετική μελέτη σκοπιμότητας με 9 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2018).

* *Για 1K-SE: 70% των συμμετεχόντων βίωσαν ενεργοποίηση του αντανάκλαστικού καθόδου MER εντός 60 δευτερολέπτων. Αποτελέσματα με βάση τον χρόνο έναρξης της ροής γάλακτος (χρόνος έως την ενεργοποίηση του αντανάκλαστικού καθόδου - MER) από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019) σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του ανακλαστικού καθόδου MER με τη χρήση προηγούμενης τεχνολογίας άντλησης της Philips από σχετική μελέτη σκοπιμότητας με 9 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2018).

* **Με βάση τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών του προϊόντος με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019), μέση βαθμολογία για μονό και διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο- το 95% των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι τα θήλαστρά μας είναι αποτελεσματικά (μονό ηλεκτρικό)- το 100% των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι τα θήλαστρά μας είναι αποτελεσματικά (διπλό ηλεκτρικό).

* ***Με βάση τα εξής: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 2019, 26 Απριλίου 2019 (109 συμμετέχουσες, Ισραήλ), (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Μάιος 1993, (20 συμμετέχουσες από την Καυκάσια φυλή, ΗΠΑ), (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 συμμετέχουσες, Αυστραλία).

* ****Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011.